

编号：001


政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰考县城发实业有限公司
拟采购产品名称	门诊及住院：全数字化高档心脏彩色多普勒超声诊断仪 (2台)
拟采购产品金额	320万元
采购项目所属项目名称	兰考县中心医院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	320万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：目前国产设备的准确性差；同时产品技术不够成熟，故障率较高，维护维修成本高，故申请购买进口设备。	
三、专家论证意见	
<p>论证：全数字化高档心脏彩色多普勒进口设备，具备高帧率分辨率、图像清晰、具有自适应像素优化技术，可增强组织边界、抑制谐波回声、数字化二维超声成像及M型测量单元。国产设备成像技术，可与进口设备媲美。特别是对心脏造影成像技术。目前国内同类设备尚有一定差距。同意采购进口设备。该产品不违反医疗设备进口禁止性规定。</p>	
专家签字：	李超 徐福欣 李超 何进 徐福欣 2024年1月19日


政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰考县城发实业有限公司
拟采购产品名称	门诊及住院：高端全数字化四维彩色多普勒超声诊断仪 (3台)
拟采购产品金额	495万元
采购项目所属项目名称	兰考县中心医院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	495万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：目前国产设备的准确性差；同时产品技术不够成熟，故障率较高，维护维修成本高，故申请购买进口设备。	
三、专家论证意见	
<p>目前，国内同类产品生产商多采用彩超机不具有纯净波单晶体探头技术，图像分辨率较差，不具有实时智能容积成像功能，不具有胎心容积导航技术，血流最低测量速度5.0mm/s不满足，对类似患者无法满足需求，但进口设备在以上功能上均可满足临床各种需求，因此申请进口设备，该产品不违反进口医疗的高禁限制程序。</p> <p>专家签字：李伟 侯建 冯福顺 李伟 冯福顺 2024年1月19日</p>	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰考县城发实业有限公司
拟采购产品名称	门诊: 眼科手术显微镜 (1 台)
拟采购产品金额	178.65 万元
采购项目所属项目名称	兰考县中心医院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	178.65 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述: 目前国产设备的准确性差; 同时产品技术不够成熟, 故障率较高, 维护维修成本高, 故申请购买进口设备。	
三、专家论证意见	
<p>论证: 眼科手术显微镜进口设备具备全部经济 光学系统, 主刀镜双目镜筒, 0-180° 俯角可 调, 景深增强系统, 具有智能功能, 大于 14 功能 全封闭防护, 蓝光屏蔽滤光片, 1K160 增加色温 偏光镜, 目前国内同类设备尚有一安全隐患。同 意进口进口设备, 进口产品不违反进口医疗设备禁 止规定。</p>	
专家签字:	 2024年1月19日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰考县城发实业有限公司
拟采购产品名称	门诊：血流 OCT (1台)
拟采购产品金额	110 万元
采购项目所属项目名称	兰考县中心医院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	110 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：目前国产设备的准确性差；同时产品技术不够成熟，故障率较高，维护维修成本高，故申请购买进口设备。	
三、专家论证意见	
<p>目前，国内同类产品血流 OCT 轴向分辨率大于 39μm，横向分辨率大于 6μm，OCT 与眼底图像无法实现同步获取，无 GCL 单层厚度分析功能。无 ERM 脉络膜厚层成像技术；对黄斑病变者无法诊断，进口设备在以上功能上均满足临床需求。国内产品进口设备，采购产品不违反进口医疗设备禁止性规定。</p>	
专家签字：  2024年1月19日	

编号：005

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰考县城发实业有限公司
拟采购产品名称	门诊：眼科光学生物测量仪（1台）
拟采购产品金额	40万元
采购项目所属项目名称	兰考县中心医院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	40万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：目前国产设备的准确性差；同时产品技术不够成熟，故障率较高，维护维修成本高，故申请购买进口设备。	
三、专家论证意见	
<p>眼科光学生物测量仪主要用于医院眼科测量患者眼睛的眼轴长度、角膜曲率和前房深度以及瞳孔角膜直径。目前国内产品在可调谐激光光源波长功能方面和进口设备还有一定差距，测量精度亦达不到临床诊断方面的需求，建议从进口产品中选择。采购产品不违反进口医疗设备禁止规定。</p>	
专家签字：	冯福欣 冯福欣 李博 李博 何立
	2024年1月19日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰考县城发实业有限公司
拟采购产品名称	门诊：验光仪（1台）
拟采购产品金额	9万元
采购项目所属项目名称	兰考县中心医院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	9万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：目前国产设备的准确性差；同时产品技术不够成熟，故障率较高，维护维修成本高，故申请购买进口设备。	
三、专家论证意见	
<p>进口设备轴镜测量范围满足 $-30.00D \sim +25.00D$， 测量精度满足 $0.01D / 0.12D / 0.25D$，屈光度测量精度 散光 $0.01 / 0.12 / 0.25D$ 间隔，对散光患者测量精度与临床需求 同高。国内同类产品在上述功能技术上均无法满足临床需求。 国内生产的进口设备。采购产品不违反进口医疗设备禁止 的规定。</p> <p>专家签字：梁明 何生 陈琳 李辉 冯福欣 2020年 1月 19日</p>	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰考县城发实业有限公司
拟采购产品名称	门诊：非接触眼压计（1台）
拟采购产品金额	10万元
采购项目所属项目名称	兰考县中心医院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	10万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：目前国产设备的准确性差；同时产品技术不够成熟，故障率较高，维护维修成本高，故申请购买进口设备。	
三、专家论证意见	
<p>目前，国内同类产品非接触式眼压计眼压测量精度大于0.1mmHg，测量范围分度小于4级，对疑难患者无法满足诊断，但进口设备在以上功能技术指标上均优于国产设备，可安全满足特殊患者之眼压诊断，同时进口设备，采购产品不违反进口医疗设备禁止性规定。</p> <p>专家签字： 梁一舟 冯福欣 2024年1月19日</p>	

编号：008

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰考县城发实业有限公司
拟采购产品名称	门诊：眼底照相机（1台）
拟采购产品金额	28.6万元
采购项目所属项目名称	兰考县中心医院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	28.6万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：目前国产设备的准确性差；同时产品技术不够成熟，故障率较高，维护维修成本高，故申请购买进口设备。	
三、专家论证意见	
<p>论证意见：眼底照相机进口设备。视场角宽。20°、35°、50°。照相放大倍率高。图像清晰。屈光补偿范围0：-10到+6D，+5到23D。具备内置平衡支撑系统使镜头操作更好更灵活。瞳光调节。19档可调。国内同类产品设备。技术尚有一差距。同意采购进口设备。本产品不违反进口医疗设备禁止性规定。</p>	
专家签字：	李彬 何生 冯福欣
	2024年1月19日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰考县城发实业有限公司
拟采购产品名称	门诊及住院：电测听仪（2台）
拟采购产品金额	8.5万元
采购项目所属项目名称	兰考县中心医院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	8.5万元

二、申请理由

1. 中国境内无法获取；


2. 无法以合理的商业条件获取；

3. 其他。

原因阐述：目前国产设备的准确性差；同时产品技术不够成熟，故障率较高，维护维修成本高，故申请购买进口设备。


三、专家论证意见

经论证电测听仪目前国内同类产品不具备进口设备检查的精准度。气导125~≥10000Hz,骨导250~8000Hz误差小于±12.5dB,声调测试振幅可调制5、4、3、1、0.25、0.10、0.25dB但国产设备在以上功能技术上无法满足性能要求,同意采购进口设备。国产产品不适用于进口医疗设备禁止进口。


专家签字：  冯福欣

2020年1月1日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰考县城发实业有限公司
拟采购产品名称	门诊及住院: 脑干诱发电位仪 (2台)
拟采购产品金额	28.4 万元
采购项目所属项目名称	兰考县中心医院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	28.4 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述: 目前国产设备的准确性差; 同时产品技术不够成熟, 故障率较高, 维护维修成本高, 故申请购买进口设备。	
三、专家论证意见	
<p>经论证: 脑干诱发电位仪进口设备, 包含听觉诱发电位反应(ABSR), 短声听性脑干反应检测, 亚声电图, 中、晚潜伏期反应, 40Hz 相干电位等测试功能。刺激频率范围宽 0.25、0.5、1K、2K、4K、8K Hz。且国内产品故障率高, 性能不稳定, 同意采购进口设备。采购产品不违反进口医疗器械禁止目录。</p>	
<p>专家签字:  冯福顺</p> <p>2024年1月19日</p>	


政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰考县城发实业有限公司
拟采购产品名称	门诊：前庭功能检查系统（1套）
拟采购产品金额	35万元
采购项目所属项目名称	兰考县中心医院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	35万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：目前国产设备的准确性差；同时产品技术不够成熟，故障率较高，维护维修成本高，故申请购买进口设备。	
三、专家论证意见	
<p>前庭功能检查系统主要用于检查平衡障碍、眼球震颤等因毒引起的病变，目前国内产品在BPPV诊断和治疗监控、软件功能模块、眼动输入等方面还有诸多欠缺和是，与进口产品相比还有一定差距，建议采购进口产品，以更好地满足门诊诊断方面的需求。采购产品不违反进口货物高禁止性规定。</p>	
专家签字：	
	2024年1月19日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰考县城发实业有限公司
拟采购产品名称	门诊及住院：耳声发射仪（2台）
拟采购产品金额	25.6万元
采购项目所属项目名称	兰考县中心医院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	25.6万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取；	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取；	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：目前国产设备的准确性差；同时产品技术不够成熟，故障率较高，维护维修成本高，故申请购买进口设备。	
三、专家论证意见	
<p>耳声发射仪是一种用于评估听觉系统功能的医用诊断和监护仪器，进口设备能支持双耳同时诊断OAE并筛查OAE，操作模式可为双模式，内置不少于500个测试结果，而且能实现双耳多频点同时测试，优于国内同类产品，建议从进口产品中选择。该产品不违反进口医疗设备禁止性规定。</p>	
专家签字：	<p>冯福顺 何生 李存 何生</p> <p>2024 年 1 月 19 日</p>

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰考县城发实业有限公司
拟采购产品名称	门诊：宫腔镜（1台）
拟采购产品金额	70万元
采购项目所属项目名称	兰考县中心医院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	70万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：目前国产设备的准确性差；同时产品技术不够成熟，故障率较高，维护维修成本高，故申请购买进口设备。	
三、专家论证意见	
<p>论证意见：宫腔镜进口设备分辨率高可达 3480(H) x 2160(V) 图像清晰，成像系统稳定可靠。图像处理器：高感度 CMOS，静态图像宽容度的标准值为 30，允差为：-20%，上限不计。性能稳定，故障率低。国内同类产品尚不能满足临床需求。同意采购进口设备。采购产品不违反进口医疗设备禁止性规定。</p>	
专家签字： 	
2024 年 1 月 19 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰考县城发实业有限公司
拟采购产品名称	门诊：听力筛查仪（1台）
拟采购产品金额	4.68万元
采购项目所属项目名称	兰考县中心医院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	4.68万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取： <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取： <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：目前国产设备的准确性差；同时产品技术不够成熟，故障率较高，维护维修成本高，故申请购买进口设备。	
三、专家论证意见	
<p>进口听力筛查仪可同时满足新生儿、儿童及成人 六岁以内听力筛查。耳样本满足512，具有先进之 二项式统计方式。其准确性及舒适性较高，具有 非线性click刺激声。但国产设备在以上功能 上均不满足临床需求。临床诊断治疗受到影响。 因此拟进口设备。本产品不违反国家医药设备禁止性规 定。</p> <p>专家签字： 伊志军 李庆 周福欣 2022年1月1日</p>	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰考县城发实业有限公司
拟采购产品名称	门诊：吞咽治疗仪（1台）
拟采购产品金额	5.86万元
采购项目所属项目名称	兰考县中心医院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	5.86万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：目前国产设备的准确性差；同时产品技术不够成熟，故障率较高，维护维修成本高，故申请购买进口设备。	
三、专家论证意见	
<p>目前,国内同类产品咽喉治疗仪不具备舌咽与言语同时治疗的功能力,肌电检测灵敏度达不到1MV/μV精度要求,但进口设备在以上功能上均优于国内设备,治疗精度高,治疗效果好. 属于进口设备。采购产品不违反进口医疗器械禁令相关规定。</p> <p>专家签字：李新 尉伟 冯福敏 2014年1月19日</p>	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰考县城发实业有限公司
拟采购产品名称	住院：电子支气管镜（1台）
拟采购产品金额	130万元
采购项目所属项目名称	兰考县中心医院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	130万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：目前国产设备的准确性差；同时产品技术不够成熟，故障率较高，维护维修成本高，故申请购买进口设备。	
三、专家论证意见	
<p>进口电子支气管镜系统具有特殊光观察功能，能发现早期微小肿瘤细胞，可兼容治疗型电子胃镜、肠镜、超声内镜、胶囊内镜等。冷光源像平面照度>450万，但国产设备在以上功能技术上无法满足临床需求，对早期肿瘤不能做到早发现、早治疗。因此拟进口设备。采购产品不再向进口医疗设备禁止性规定。</p> <p>专家签字：李辉 冯福欣 2024年1月19日</p>	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰考县城发实业有限公司
拟采购产品名称	住院：高清电子胃肠镜系统（2套）
拟采购产品金额	625.2万元
采购项目所属项目名称	兰考县中心医院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	625.2万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：目前国产设备的准确性差；同时产品技术不够成熟，故障率较高，维护维修成本高，故申请购买进口设备。	
三、专家论证意见	
<p>论证：高清电子胃肠镜系统进口设备具备特殊观 察功能（窄波光），具备HIS色图显示功能，兼容性强， 可兼容同品牌标准型、双屏型胃肠镜，具备单眼之 双屏、双屏双屏，图像分辨率≥450万，视场角≥140° 活，镜头内径≥2.75mm，外径≤9.95mm，国内同类产品 技术指标尚有一定差距。同意采购进口设备，采购产品不违 反进口医疗设备限制性规定。</p>	
<p>专家签字：李新 冯福斌 何建 冯福斌 2020年1月19日</p>	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰考县城发实业有限公司
拟采购产品名称	住院：超高清腹腔镜（1台）
拟采购产品金额	110万元
采购项目所属项目名称	兰考县中心医院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	110万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：目前国产设备的准确性差；同时产品技术不够成熟，故障率较高，维护维修成本高，故申请购买进口设备。	
三、专家论证意见	
<p>论证意见：超高清腹腔镜进口设备，分辨率高1920x1080P，图像清晰，可拆卸3D系统，ICG荧光显形系统，模块升级可实现单系统双镜操作，本路画面更真实，上下左右及180°翻转功能，具有30度倾斜功能，蓝宝石镜头可防刮擦，防雾，目前国内同类设备不能满足临床需求。同意进口。该产品不属于进口医疗设备禁购范围。</p>	
专家签字：	<p>李新 何生 冯福顺</p> <p>2020年 1月 19日</p>

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰考县城发实业有限公司
拟采购产品名称	住院: 主动脉内球囊反搏泵 (1台)
拟采购产品金额	68万元
采购项目所属项目名称	兰考县中心医院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	68万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述: 目前国产设备的准确性差; 同时产品技术不够成熟, 故障率较高, 维护维修成本高, 故申请购买进口设备。	
三、专家论证意见	
<p>目前, 国内无经合法注册允许上市销售的同类产品, 为满足临床的需求, 同意采购进口设备。该产品不违反进口医疗设备禁止性规定。</p> <p>专家签字: 李俊生 冯福成 2024年1月18日</p>	


政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰考县城发实业有限公司
拟采购产品名称	住院：手术显微镜（1台）
拟采购产品金额	142.9万元
采购项目所属项目名称	兰考县中心医院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	142.9万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：目前国产设备的准确性差；同时产品技术不够成熟，故障率较高，维护维修成本高，故申请购买进口设备。	
三、专家论证意见	
<p>手术显微镜主要用于门诊及临床取理诊断，目前国内产品在五级变倍系统、单一连续可调物镜、广角镜、屈光补偿范围等方面和进口设备相比还有一定差距，建议从进口产品中选择。采购产品不违反进口医疗设备禁止性规定。</p>	
专家签字：	冯福欣 何进 李坤 冯清
	2024年1月19日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰考县城发实业有限公司
拟采购产品名称	住院：高清电子胆道镜系统（1套）
拟采购产品金额	96.2万元
采购项目所属项目名称	兰考县中心医院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	96.2万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：目前国产设备的准确性差；同时产品技术不够成熟，故障率较高，维护维修成本高，故申请购买进口设备。	
三、专家论证意见	
<p>进口设备高清电子胆道镜系统是拥有NBI特殊光学成像功能，可发现早期肿瘤，可兼容腹腔镜电子腹腔镜、电子鼻咽咽喉镜等。电子胆道镜分辨率是>3200000mm²像素，但国内设备在以上功能要求上无法满足临床，易误诊。国内采购进口设备，本产品不违反进口医疗设备禁止性规定。</p>	
专家签字： 冯福欣 冯福欣 2024年1月19日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰考县城发实业有限公司
拟采购产品名称	住院: 血液透析滤过机 (10 台)
拟采购产品金额	132 万元
采购项目所属项目名称	兰考县中心医院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	132 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取: <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取: <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述: 目前国产设备的准确性差; 同时产品技术不够成熟, 故障率较高, 维护维修成本高, 故申请购买进口设备。	
三、专家论证意见	
<p>论证: 血液透析滤过机进口设备。透析精度: 1.30 ml/h 肝素泵设置精确 $0.0-9 \text{ ml/h}$. 空气报警) 报警精度高达 0.001 ml. 置换液泵范围: $0.00, 0.5 \sim 20 \text{ l/h}$. 动静脉压监测范围精度达 1 mmHg. 国产同类产品 设备均不能满足以上要求; 同意采购进口设备。 国产产品不满足进口医疗设备禁止性规定。</p>	
专家签字:	 2024年1月19日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰考县城发实业有限公司
拟采购产品名称	住院：超声骨刀（1台）
拟采购产品金额	80万元
采购项目所属项目名称	兰考县中心医院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	80万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：目前国产设备的准确性差；同时产品技术不够成熟，故障率较高，维护维修成本高，故申请购买进口设备。	
三、专家论证意见	
<p>超声骨刀是利用高强度聚焦超声技术，进行骨手术的一种医疗器械，目前国产设备在刀头设计及制作原材料、工作频率、振幅及输出模式等方面，与进口设备还有很大差距，配套的功能软件在功能方面也有很大欠缺，建议从进口产品中进行选择。采购产品不违反进口医疗设备禁止性规定。</p>	
专家签字：冯福顺	<p>何进宇 李娟 冯福顺</p> <p>2024年1月19日</p>


政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰考县城发实业有限公司
拟采购产品名称	住院：关节镜手术设备（2套）
拟采购产品金额	248万元
采购项目所属项目名称	兰考县中心医院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	248万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：目前国产设备的准确性差；同时产品技术不够成熟，故障率较高，维护维修成本高，故申请购买进口设备。	
三、专家论证意见	
<p>论证：关节镜进口设备具备超高清摄像及光源一体化系统，4K超高清摄像系统，分辨率高，像是高清的图像，光线可调节高压电镜，光学像素位稳定，画面更真实，但国内同类产品，画面是有防眩光处理，使手术视野时刻保持清晰，更好地保护患者，目前国内同类产品有一定差距，不能满足临床需求。同意进口设备。采购产品不违反进口医疗设备禁止性规定。</p> <p>专家签字：李亚峰 李亚峰 何佳 冯福敏</p> <p>2025年1月19日</p>	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰考县城发实业有限公司
拟采购产品名称	住院：椎间孔镜手术设备（2套）
拟采购产品金额	193.57万元
采购项目所属项目名称	兰考县中心医院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	193.57万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：目前国产设备的准确性差；同时产品技术不够成熟，故障率较高，维护维修成本高，故申请购买进口设备。	
三、专家论证意见	
<p>进口椎间孔镜手术设备具有不同于23种工作模式适用于外科所有手术，主机2路单极和2路双极可同时进行，椎间孔镜视角度$>75^\circ$，工作通道直径$>3.5\text{mm}$，但国产设备在以上功能上远远落后于进口设备，很多外科手术在其他应用范围受限，因此私自进口设备。该产品不违反进口医疗设备禁止性规定。</p> <p>专家签字： 印生 冯福欣 梁石 李 蔚 蔚 2024年1月11日</p>	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰考县城发实业有限公司
拟采购产品名称	门诊及住院：麻醉机 1（3 台）
拟采购产品金额	12.9 万元
采购项目所属项目名称	兰考县中心医院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	12.9 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：目前国产设备的准确性差；同时产品技术不够成熟，故障率较高，维护维修成本高，故申请购买进口设备。	
三、专家论证意见	
<p>麻醉机是通过机械回路将麻醉药送入患者的肺部，形成麻醉药气体分压，对中枢神经直接发生抑制作用。目前国内同类产品的气源和双流量设计、呼吸回路容积等方面准确性较差，产品技术也不够成熟，故障较高，建议采购进口产品。采购产品不违反进口医疗器械管理条例。</p>	
专家签字：	 2024 年 1 月 19 日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰考县城发实业有限公司
拟采购产品名称	门诊及住院：麻醉机 2 (3 台)
拟采购产品金额	52.26 万元
采购项目所属项目名称	兰考县中心医院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	52.26 万元

二、申请理由

1. 中国境内无法获取：

2. 无法以合理的商业条件获取：

3. 其他。

原因阐述：目前国产设备的准确性差；同时产品技术不够成熟，故障率较高，维护维修成本高，故申请购买进口设备。

三、专家论证意见

论证：麻醉机进口设备。双呼吸回路设计，具有互锁功能。防止吸入和呼出气。呼吸回路可耐高压 134°C。包括流量传感器。流量二阶校正回路。术中更换时无需停止机械通气。不漏气。设备流量报警以及动态实时自动补偿功能。高精度流量传感器。精度误差 ≤ 5%。国内同类产品尚有一定差距。如流量传感器。国内未有进口设备。本产品不违反进口医疗器械管理条例。

专家签字：

李新 冯福成
2020年1月19日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰考县城发实业有限公司
拟采购产品名称	门诊及住院：麻醉机 3 (5 台)
拟采购产品金额	32.5 万元
采购项目所属项目名称	兰考县中心医院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	32.5 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：目前国产设备的准确性差；同时产品技术不够成熟，故障率较高，维护维修成本高，故申请购买进口设备。	
三、专家论证意见	
<p>进口麻醉机呼吸回路组成部分，拆洗方便，可耐受 134℃ 高温高压消毒，避免患者交叉感染，呼吸模式 > 5 种，可满足患者需求，但国内没有在以上功能技术上均与进口设备无差别，易造成交叉感染，患者适应性较差，因此拟进口设备。采购产品不违反进口医疗设备禁止规定。</p> <p>专家签字：李福顺 李福顺 2024 年 1 月 19 日</p>	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰考县城发实业有限公司
拟采购产品名称	门诊及住院：麻醉机4（5台）
拟采购产品金额	93.25 万元
采购项目所属项目名称	兰考县中心医院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	93.25 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：目前国产设备的准确性差；同时产品技术不够成熟，故障率较高，维护维修成本高，故申请购买进口设备。	
三、专家论证意见	
<p>进口麻醉机具有动态电子ORC装置，保证手术安全，具有特殊通气模式，以最小压力保证分钟潮气量，防止气死伤，PEEP可设置调节范围可支持心肺外科和儿科手术。呼吸量监测范围最广泛，可满足临床各种患者的需求。但国内存在以上问题无法满足临床需求。因此申请进口设备。采购产品不违反进口医疗设备禁止性规定。</p> <p>专家签字： 侯志军 侯志军 侯志军 侯志军 侯志军 2024年1月19日</p>	

