

## 政府采购进口产品专家论证意见

|                                                                                                                                                         |                |     |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------------------|
| <b>一、基本情况</b>                                                                                                                                           |                |     |                    |
| 申请单位                                                                                                                                                    | 郑州人民医院         |     |                    |
| 拟采购产品名称、<br>数量及预算                                                                                                                                       | 激光治疗系统         | 1 套 | 160.00 万元<br>(人民币) |
| 采购项目所属项<br>目名称                                                                                                                                          | 郑州人民医院激光治疗系统项目 |     |                    |
| 拟采购进口设备<br>预算                                                                                                                                           | 160.00 万元(人民币) |     |                    |
| <b>二、申请理由</b>                                                                                                                                           |                |     |                    |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取                                                                                                                    |                |     |                    |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取                                                                                                                |                |     |                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他                                                                                                               |                |     |                    |
| <p>原因阐述：目前 C02 脉冲激光治疗仪主要用于皮肤科的治疗，妇科以及烧伤疤痕治疗，这些深度较深的疤痕要求设备光斑密度高、控制精准，减少热损伤和，国产产品单脉冲能量最大一般在 400MJ，单脉冲的穿透深度一般最大在 500um，脉冲达不到 0.01 秒的水平，不能满足对复杂病患治疗的需求。</p> |                |     |                    |

三、专家论证意见

专家姓名：

李新建

专家工作单位：

河南亚太工程监理事务所

专家电话：

13007618241

专家意见：

采购人和采购的产品不属于国家有关部门规定的限制类和禁止类进口目录范围内的产品，可以采购进口产品。因此，同意采购进口产品。

专家签字

李新建

2025年8月11日